

ZDRAVSTVENI CENTAR „ ARANĐELOVAC “
BROJ: 03-306
DATUM: 23 JAN 2019
ARANĐELOVAC

ODGOVOR NA ZAHTEV ZA POJAŠNJENJEM
KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Zdravstveni centar Aranđelovac u svojstvu Naručioca, u skladu sa članom 63. Stav 2. ZJN (Sl. Glasnik RS br. 68/15), u zakonskom roku daje pojašnjenje po prispelom zahtevu zainteresovanog lica za JNOP 11-2018 Materijal za dijalizu 2.

PITANJE 1:

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) dostavite dodatne informacije ili pojašnjenja konkursne dokumentacije u otvorenom postupku jave nabavke dobara – Materijal za dijalizu 2, JNOP 11-2018.

1. Konkursnom dokumentacijom je kao predmet partije 4 – Materijal koji zavisi od tipa mašine Dialog+ predviđene sledeće stavke:

- AV linije komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat, arterijska, venska i supstituciona linija, sa priključcima za pre i postdiluciju, zapremina punjenja A i V linije do 142 ml, recirkulacioni konektor, bez Di(2-ethylhexyl)phthalate- DEHP
- AV linije komplet za hemodijalizu za Dialog+ aparat, arterijska i venska, zapremina punjenja A i V linije do 142 ml, otpadna kesa, bez Di(2-ethylhexyl)phthalate - DEHP
- Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog+ aparat, u prahu koji je u skladu sa Evropskom farmakopejom, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, kapsula, 760 g
- Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ aparat, površina 1.2m², polisulfonska membrana, retencija bakterija i endoksina > 106 IJ/ml, radni vek 150 tretmana ili 900 sati
- Sredstvo za toplotnu strilizaciju i dekalifikaciju Dialog+ aparata na bazi limunske kiseline, koncentracije 50%, efikasnost na 83°C, pH vrednost rastvora pripremljenog za rad 2.0, 10 L

Polazeći od napred navedenog, ukazujemo da ste određivanjem tehničkih specifikacija na ovakav način postupili protivno odredbama čl. 71 i 72. Zakona o javnim nabavkama, obzirom da u tehničke specifikacije koje se zahtevaju konkursnom dokumentacijom za partiju 4 opisane na način da eliminišu ponuđače, odnosno konkursna dokumentacija sadrži odredbu koja za posledicu ima davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo da Naručilac stavku Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog + aparat, u prahu koji je u skladu sa Evropskom farmakopejom, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, kapsula, 760g partije 4 izdvoji kao posebnu partiju.

Na taj način bi se u skladu sa članom 10. ZJN obezbedila veća konkurencija, kao jedno od osnovnih načela javnih nabavki, odnosno učešće i onih ponuđača koji ne mogu da ponude sve stavke navedenih partija i u krajnjoj liniji veća ušteda javnih sredstava, što je jedan od osnovnih ciljeva sprovođenja postupaka javnih nabavki.

ODGOVOR NA PITANJE 1:

Naručilac nabavlja dobra isključivo prema svojim potrebama, bez namere da isključi konkurenciju u postupku javne nabavke. Naručilac se prvenstveno vodi svojim objektivnim potrebama i Zakonom nije obavezan da omogući svakom ponuđaču da podnese ponudu. Naručilac je tehničke specifikacije definisao objektivno, prema svojim realnim potrebama, a imajući u vidu ekonomska načela, načelo obezbeđenja konkurencije ponuđača, ali svakako i kvalitet dobara koja kroz otvoreni postupak nabavlja, što je definisano kroz članove 9 i 10 Zakona o javnim nabavkama.


Kvalitet nabavljenih dobara obezbeđuje jasno definisanje tehničkih specifikacija, a sve u cilju da bi se omogućila uporedivost ponuđenih dobara, što je Naručilac i učinio vodeći se članom 61. stav 4, tačka 5, član 70. stav 2.

Predmet JN Materijal za dijalizu 2, JNOP 11-2018 za Partije 1-4 je materijal koji zavisi od tipa aparata, tražena dobra moraju da budu kompatibilna sa određenim tipom aparata i usaglašena sa zahtevima tehničke specifikacije konkursne dokumentacije, a koja je izrađena u skladu sa tehničkim karakteristikama normiranih (validiranih) medicinskih sredstava za određeni tip aparata, odnosno usaglašena sa Uputstvom za upotrebu konkretnog tipa aparata.

Naručilac nema saznanja da su se u realnim uslovima korišćenja na medicinskim aparatima proizvođača u procedurama dijalize koristila, upotrebljavala, dobra drugih proizvođača osim originalnih od strane proizvođača opreme. Uputstvom za upotrebu prijavljenom u Alims-u, kao sastavni deo dokumentacije neophodne pri registraciji medicinskog uređaja-aparata za dijalizu, na kojima će se vršiti eksploatacija potrošnog materijala, jasno je navedeno da je preporuka proizvođača da se upotrebljava originalni potrošni materijal. Pored navedenog, zainteresovano lice ne ukazuje na svoje reference, dokaze koji bi na jasan i nedvosmislen način potvrdili da se dobra koje žele da ponude u predmetnoj javnoj nabavci, koriste na navedenim aparatima u procedurama dijalize sa uspehom i bez odstupanja od zadatog kvaliteta proizvođača, već samo da se stavke izdvoje u zasebne celine.

Isključivo sa jasnim dokazima i obrazloženjem koje ukazuju Naručiocu da bi se određenom izmenom konkursne dokumentacije održao isti, minimalni, kvalitet zahtevanih dobara, a istovremeno omogućila veća konkurencija koja bi održavala objektivnu potrebu Naručioca u pogledu namene i primene dobara, Naručilac će svakako pristupiti razmatranju takvih prispelih zahteva koji se odnose na predmetnu javnu nabavku.

Okolnost da neko od ponuđača u svojoj ponudi nema traženo dobro ne predstavlja argument na osnovu kojeg bi se osnovano moglo zaključiti da je u konkretnom slučaju došlo do povrede čl. 10 stav 2 ZJN, naročito uzimajući u obzir da se u predmetnoj JN za Partiju 4 radi o nabavci specifičnog materijala po tipu aparata koji je validiran kroz uputstvo za rukovanje konkretnog tipa aparata. Da bi se obezbedio kontinuitet odvijanja procesa hronične hemodijalize "do završetka postupka centralizovane javne nabavke za dijalizu" Naručilac je u obavezi da obezbedi svako predmetno dobro JN u vrsti i količini i na način kako je specificirano. Iz svega navedenog, Naručilac neće vršiti izmene u konkursnoj dokumentaciji.



KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU